



**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno, Jalan Raya Bogor Km. 46
Cibinong, Jawa Barat 16911

FORMULIR DETAIL PENGUJIAN

Nama :

Instansi :
*) S1/S2/S3/Industri/Umum/Internal BRIN

Alamat :

No Hp/Telp :

E-mail :

**DETAIL PARAMETER PENGGUNAAN
TOMY HIGH SPEED REFRIGERATED CENTRIFUGE**

No	Parameter	:
1	ID Sampel	:
2	Nama Sampel	:
3	Volume Total Sampel:	:
4	Jenis Pelarut	:
5	Kecepatan	:
6	Waktu	: Pukul s/d Pukul
7	Suhu	:
8	Densitas	:
9	Catatan	: Penggunaan TOMY High Speed Refrigerated Centrifuge dengan kecepatan maksimal sebesar 21000 rpm dan sistem pendingin mencapai 35°C. Mampu memuat sebanyak 1000ml × 4 tubes. Sampel dipreparasi oleh pelanggan dan untuk penggunaan alat akan didampingi oleh OA.

Informasi lebih lanjut hubungi nomer layanan Laboratorium Genomik 08119811575.